





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第一次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	南昌天佳光电科技有限公司		
受审核部门	品质部	陪同人员	钟勇
不符合事实描述: 审核现场发现质检员使用的测温仪、卡尺没有校准/检定合格的标识, 经查未校准, 不符合要求。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2019.9.21 日期: 2019.9.21 日期: 9.21 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件: 校准证书, 培训记录. 实施有效. 审核员:  日期: 2019.10.6			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员使用的测温仪、卡尺没有经过校准。

纠正情况:

安排相关人员联系计量器具校准事宜。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款培训不到位, 没有认识到计量器具定期校准的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2019 年 10 月 20 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

日期: 10.6

受审核方代表:

日期: 10.6



TJGD/QP04-02

南昌天佳光电科技有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款、7.1.5 条款												
培训时间	2019.9.23												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
钟勇	★			★			★			★			李老师
肖建华	★			★			★			★			李老师
张琪	★			★			★			★			李老师
睦明华	★			★			★			★			李老师
包爱华	★			★			★			★			李老师
李中美	★			★			★			★			李老师
综合评价:													
以上人员经培训后,以口头问答的方式对其进行了考核,基本能明白标准的相关要求,培训达到预期的目的。													
评价人: 李老师													
编 制	行政部						审 核	肖建华					



ZZtest

广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co.,Ltd.



中国
国际
校准
CNAS

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页共 3 页

Page of

证书编号: 08701001540003

客 户 名 称 : 南昌天佳光电科技有限公司

Name of Customer

客 户 地 址 : 江西省南昌市青山湖区郊区罗家镇江南工业园

Address of Customer

计 量 器 具 名 称 : 游标卡尺

Name of Instrument

规 格 / 型 号 : 0-150mm

Type/Specification

制 造 单 位 : 广陆数测

Manufacturer

出 厂 编 号 : —

Serial No.

管 理 编 号 : —

Regulation Number



批准人
Approved by

赵丁辉

委托日期 2019 年 09 月 20 日
Received Date Year Mon Day

职务 工程师
Post

校准日期 2019 年 09 月 23 日
Calibration Date Year Mon Day

核验员 黄志章
Checked by

签发日期 2019 年 09 月 24 日
Issue Date Year Mon Day

校准员 黎凡
Calibrated by

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahe Road No.5298,BaiwongR&Dcentre,Building1,
11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编(Post):518057

电话(Tel): 0755-26718332
E-mail: ad@zztest.com.cn
传真(Fax): 0755-26544550
网址(Web): http://www.zztest.com.cn



ZZtest

广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co.,Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0239

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 08701001540002

第 1 页共 3 页

Page of

客 户 名 称 : 南昌天佳光电科技有限公司

Name of Customer

客 户 地 址 : 江西省南昌市青山湖区郊区罗家镇江南工业园

Address of Customer

计 量 器 具 名 称 : 测温仪

Name of Instrument

规 格 / 型 号 : TM-902C

Type/Specification

制 造 单 位 : 浙江灵欣

Manufacturer

出 厂 编 号 : --

Serial No.

管 理 编 号 : --

Regulation Number

(证书专用章)

Stamp

证书专用章

批准人
Approved by

赵广辉

职务
Post

工程师

委托日期 2019 年 09 月 20 日
Received Date Year Mon Day

校准日期 2019 年 09 月 23 日
Calibration Date Year Mon Day

签发日期 2019 年 09 月 24 日
Issue Date Year Mon Day

核验员
Checked by

柳勇

校准员
Calibrated by

许光

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahexi Road No.5298,BaiwangR&Dcentre,Building I,
11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编(Post): 518057

电话(Tel): 0755-26718332
E-mail: ad@zztest.com.cn
传真(Fax): 0755-26544550
网址(Web): http://www.zztest.com.cn