



编号: 0035-2018-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		金发科技股份有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电子平台秤	M-S-251	d=0.1kg 0-1000kg	III 级	砝码 F2 等级、M1 等级	分析测试中心	20200710	√
分析测试中心	电子万能试验机	UTM1436 9	UTM6103	±1%	标准测力仪 0.1 级 秒表 MPE 日差: ±0.5s/d 数显千分尺 U=0.002mm, k=2	深圳市华测计量技术有限公司	20200714	√
分析测试中心	水分测试仪	P104059 8	MX-50	II 级	F1 等级 氯化钠纯度标准物质	深圳市华测计量技术有限公司	20200615	√
分析测试中心	数显卡尺	111268	0~150mm	±0.03mm	量块 5 等 量块 3 等 数显外径千分尺 U=1 μ m k=2	深圳市华测计量技术有限公司	20190819	√
分析测试中心	电子天平	16933	MTB1000	III 级	砝码 F1 等级	深圳市华测计量技术有限公司	20200714	

审核综合意见:

公司已制定《计量管理程序 第一部分:技术要求(计量确认)》、《计量管理程序 第二部分:管理要求(外部供方管理、测量设备管理)》,对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。。除了计量标准之外的测量设备公司统一由分析测试中心送外校准/检定,校准/检定机构按外部供方管理要求选择和管理,校准/检定证书统一由分析测试中心统一保存。

根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 10 月 14 日

审核员签字:

部门代表签字: