



审核员现场审核记录

企业名称: 广州京诚检测技术有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020 年 10 月 26 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的 计量要求 识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求管理程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 公司已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。公司已按 CNAS 要求识别所需的检测项目, 使用的检测标准和对应的检测设备。抽查关键测量过程玻璃电极法测定土壤 pH 值过程和液相色谱-串联质谱仪测定动物源产品中环丙沙星过程计量要求识别, 识别过程和方法符合要求	检测部、管理层/管理者代表	不列入
2.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共 4 项。包括: 1、A 类测量设备计量确认合格率 100%, 2、重要测量信息失真的次数 ≤1 次/年, 3、专业培训合格率 100% 4、报告结果准确率。质量管理部已经按公司目标进行统计, 根据内审前统计数据, 2020 年计量目标已经完成。	质量管理部	不列入



3.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2020 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。</p> <p>2020 年 9 月 29 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。</p>	<p>管理层</p> <p>质量管理部</p>	不列入
4.	<p>是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？</p>	6.3.2 环境	<p>各检测室已经识别环境要求。抽查检测部实验室-土壤留样室对肥料中汞、砷、镉、铅、含量的测定过程需要记录温度。已经配备了对应的温湿度计（经过广州计量检测技术研究院校准）。试验数据已经记录温湿度值。检测实验室均配备温湿度计，并开展监控。符合要求。</p>	检测部	不列入
5.	<p>是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。</p>	6.4 外部供方	<p>公司已经制定《外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。采购部已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理，包括有广州中广测计量检测技术有限公司、广东省计量科学研究院、广州计量检测科技研究院等机构纳入管理，已开展 2020 年评价。</p> <p>可提供测量设备类合格供方名录和符合性评价记录，2020 年没有新购设备。符合要求。</p>	质量管理部	不列入



6.	<p>有无测量设备台帐? 是否包括标准物质?</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用? 用于监视和记录影响的测量设备是否包括在测量管理体系内? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对有关信息是否一致。</p> <p>测量设备是否在有效期内, 查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》, 对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>已建立了公司测量设备台账和标准物质台账, 测量设备已进行分类管理。</p> <p>抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》。</p> <p>抽查的测量设备已经按照检测标准要求识别对应计量要求, 可提供《检定/校准证书验收表》作为计量确认记录。测量设备台账中对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定。</p> <p>公司文件已经规定计量确认间隔, 抽查的测量设备的计量确认间隔, 和测量设备台账中的一致。符合要求</p> <p>暂无不合格测量设备。</p>	检测部、质量管理部	不列入
----	---	--	---	-----------	-----



7.	<p>是否有测量过程控制程序？</p> <p>测量过程是否进行分类管理？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程设计是否进行了有效性确认？</p> <p>测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。</p> <p>查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程管理程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。</p> <p>抽查检测部电感耦合等离子体质谱仪测定水中砷测量过程和肥料中汞含量的测定分析过程有关记录。已经按照策划形成测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求。没有出现不合格测量过程。</p> <p>抽查超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪（UPLC-MS-MS）/啉虫脒的《期间核查记录表》记录中核查方法 BJT-HC-004C 引用错误，与作业指导书《超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪期间核查作业指导》（编号 BJT-HC-0198）不符合。不符合 7.2.4 的要求</p>	检测部、质量管理部	不符合项 2020102601
8.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。</p> <p>计量设备外送计量校准/检定机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。抽查检测部容量法分析原始记录表，未发现非法定单位的使用。符合要求</p>	检测部	不列入
9.	<p>是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？</p>	8.2.2 顾客满意	<p>公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。2020年8月3日质量管理部已按计划通过会议形式开展调查，已经对发放的满意度调查表进行综合分析，评分92.3分（满分100分），没有投诉。</p> <p>客服部已经收集外部顾客投诉信息，没有客户投诉。符合规定要求。</p>	管理层、质量管理部、客服部	不列入



10.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已制定内审计划并于 2020 年 9 月 1~2 日按计划实施。内审发现 1 个不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和 1 个不符合项报告、内审签到表。符合要求。	管理层、质量管理部	不列入
11.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。公司已开展对测量设备和测量过程的监视。 已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对计量确认、测量过程控制及测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合规定。	管理层、质量管理部	不列入
12.	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正/预防措施控制程序》。2020 年内部审计发现的 1 个不符合项已由所在部门纠正，并制定纠正措施，经验证有效。 2019 年监督审核的 1 个不符合项已经整改关闭。 暂无预防措施。	质量管理部、管理层/管理者代表	不列入
13.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查检测部的检测记录，没有发现非法定单位的使用。该公司不属定量包装企业。 抽查检测部环境和化学检测用测量设备经过广州计量检测技术研究院检定合格，符合要求。	检测部、质量管理部、	不列入
14.	检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括水、电能。2019 年全年生产用能源消耗 89.9tce，不属于重点能耗企业。公司已经配备了对应的一台水表和一台结算用电表，供应单位定期抄表结算。能源计量器具的准确度等级和配备率符合 GB17167-2006 要求。	质量管理部	不列入