



编号: 0122-2018-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		广州京诚检测技术有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测部	pH 计	20151201034	PHS-25CW	0.01 级	硼砂 pH 溶液标准物质 U=0.01 k=2 混合磷酸盐 pH 溶液标准物质 U=0.01 k=2 邻苯二甲酸氢钾 pH 溶液标准物质 U=0.01 k=2 微机型酸度计 0.0006 级	广州计量检测技术研究院	20200110	√
检测部	液相色谱-质谱联用仪	YQ-249-01	ACQUITY I/TQ-S micro	峰面积重复性≤10%	异丙醇-水溶液中利血平 Urel=2% k=2	广州计量检测技术研究院	20200109	√
检测部	浊度计	1804001	WGZ-3B	±10%	水质浊度标准物质 Urel=3% k=2	广州计量检测技术研究院	20200212	√
检测部	数显温度表	9	HTC-1	5.0 级 (根据 JJG(粤)047-2017)	精密露点仪 一级 高精度数字测温仪 U=0.10℃ k=2	广州计量检测技术研究院	20200901	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 10 月 26 日

审核员签字:

部门代表签字: