



测量设备溯源抽查表

编号: 0104-2019-2021

企业名称	宝武特种冶金有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
	氧气检测报警仪	29CA370001	M-1000-07	15.0% 24.0%	标准物质 15.02% 24.02%	上海市计量所	2021.9.15	✓
	电子数显手持式测厚仪	29FM1790011	KDL 50	$U_{rel} = 0.15\%$ (K=2)	标准物质 0.1级	钢研纳克公司	2020.12.19	✓
	微量光谱仪	29C0710006	7400	Cu, $U_{rel} = 3.8\%$ (K=2)	标准物质 $U_{rel} = 0.3\%$ (K=2)	上海市计量所	2021.05.26	✓
	微量光谱仪	29C13170004	82440	$U_{rel} = 0.22\%$ (K=2)	标准物质 Cu, $U_{rel} = 0.2\%$ (K=2)	钢研纳克公司	2021.05.24	✓
	测厚仪	29FM20009	450MPX	$U_{rel} = 0.3\%$ (K=2)	标准物质 0.1级	上海市计量所	2021.03.29	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司(已未)建最高计量标准 1 项, 测量设备由 设备管理部 负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托 上海市计量所、钢研纳克公司等 机构检定/校准, 校准/检定证书由 设备管理部 保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021年9月23日~9月23日

审核员签字:

张王华

部门代表签字:

杜程阳

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



测量设备溯源抽查表

编号: 0104-2019-2021

企业名称	宝武特种冶金有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
电火厂	绝压变送器	02FP76055	DI2000 (0~2)bar	$U=0.06\%/FS$	数显压力计 PPC4	市计量研究院	2021.4.9	✓
"	信号发生器	02EI55000	checkmate II	$MPE \pm 0.1 \times 10^{-6} V$	多功能板 电压板	市计量研究院	2021.2.22	✓
"	铂铑热电偶	02T210405	WRN-132/650mm	$300^{\circ}C - 1100^{\circ}C / -$	铂铑10-铂热电偶	五钢设备公司	2021.4.12	✓
"	铂铑热电偶	02T210406	WRN-132/650mm	$300^{\circ}C - 1100^{\circ}C / -$	铂铑10-铂热电偶	五钢设备公司	2021.4.12	✓
"	气体检测报警器	02CA470501	SM95-SL SXG	$U_{rel} = 1\% (k=2)$	空气中甲烷气体 体标准物质	五钢设备公司	2021.2.3	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》, 公司(已未)建最高计量标准 ☒ 项, 测量设备由 王锐 负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托 市计量研究院 上海五钢设备有限公司 等机构检定/校准, 校准/检定证书由 王锐 保存, 根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2021年9月24日~9月24日

审核员签字:

张王峰

部门代表签字:

潘雪奇

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允许误差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。