



编号: 0104-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	元素测定		被测参数要求(含公差)	元素: $(0.0005 \sim 0.0025) \% \pm 0.0002 \%$	
被测参数要求识别依据文件			Q/BQB 2714		
计量要求导出方法 (可另附) 由 Q/BQB 2714 标准, 直接引用计量要求为 元素: $\leq 0.004 \%$, $RSD \leq 5 \%$					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/ 准确度等级/测量不确定度)	校准/检定 证书编号	校准/检定日期
	元素分析仪	FMAA-6200	$(0.0005 \sim 0.0025) \% \pm 0.0002 \%$	2021H13-10	2021.05.26
	29CA360006			3313564001	
计量验证记录 元素 标准值 0.0133% 测量值 0.0133% 允差按 $z_2: 0, \leq \pm 0.0002 \%$					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打 $\checkmark$, 只选一项)					
验证人员签字: 倪卫平 验证日期: 2021 年 5 月 26 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 是 满足 Q/BQB 2714 标准要求 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确; 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 校准 5. 测量设备验证是否正确? 正确.					
审核员签名: 张瑞华					
企业代表签字: 杜维清 审核日期: 2021 年 9 月 23 日					