

仪器设备期间核查记录单

HHGJ69A

仪器设备名称	氧氮分析仪	型号规格	EMGA-620W
本厂编号	29CA360006	允许偏差	重复性 RSD≤5%
标准物质	GSB03-2845-2013	操作者	张峰
上次计量校准/检定日期	2021.05.26	检查日期	2021.8.25
运行情况记录			
核查方法及依据：宝武特冶检测中心 HHJW-SH-N001A2020 EMGA 系列氧氮分析仪作业指导书要求。			
核查结果： 允许偏差：重复性 RSD≤5% 原始记录见附件。			
核查结果判定： ☒ 符合 ☐ 不符合			
审核人：张峰 日期：8.25			
备注：			

张峰 张峰

2021.9.23

EMGA 系列氧/氮分析仪器期间运行检查原始记录

HHGJ181B

核查日期: 2021.8.25

型号: EMGA-620V

计量编号: 29CA360006

外观	P288		核查环境	温度: 21℃ 湿度: 5%	标准器具	标准物质
示值误差	元素	含量范围%	标准值%	示值误差 (%) (计量要求)	测得值/示值误差 (%) (检测结果)	核查结论
	氧	0.0005~0.002	0.0017	$\leq \pm 0.0002$	0.0005	合格
		0.002~0.01		$\leq \pm 0.0005$		
		0.01~0.05		$\leq \pm 0.002$		
		0.05~0.1		$\leq \pm 0.005$		
		0.1~0.5		$\leq \pm 0.01$		
	氮	0.0005~0.002		$\leq \pm 0.0002$		合格
		0.002~0.01	0.0070	$\leq \pm 0.0005$	0.0002	
		0.01~0.05		$\leq \pm 0.002$		
		0.05~0.1		$\leq \pm 0.005$		
0.1~0.5			$\leq \pm 0.01$			
重复性 (n=7)	元素	标准值%	测定值%	重复性% (计量要求)	重复性% (检测结果)	结论
	氧	0.0017	0.00172	≤ 5.0	3.52	合格
			0.00185			
			0.00171			
			0.00172			
			0.00185			
			0.00181			
			0.00175			
	氮	0.0070	0.00721	≤ 5.0	0.91	合格
			0.00728			
			0.00721			
			0.00708			
			0.00747			
			0.00721			
0.00715						
核查结论	合格					
核查人	张明	审核人	张明			

张明

2021.9.23