



编 号: 0020-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	BVDH200/内径					被测参数要求(含公差)	直径 $1024\text{mm} \pm 0.26\text{mm}$
被测参数要求识别依据文件	零件图号 31-BVDH40-9F						
计量要求导出方法 (可另附)	根据零件图号 31-BVDH40-9F 要求, 内径直径$1024\text{mm} \pm 0.26\text{mm}$ 导出计量要求: 中$1100\text{mm} \pm 0.04\text{mm}$						
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期		
	内径千分尺	(100-200)mm	$\pm 0.022\text{mm}$	201910-20-229562002	2019.12.20		
计量验证记录 已验证, 可接受. 验证结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打$\checkmark$, 只选一项) 验证人员签字: 张燕 验证日期: 2019年12月25日							
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 符合 2. 计量要求导出方法是否正确? 符合 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 符合 4. 测量设备是否检定/校准? 已校准 5. 测量设备验证是否正确? 符合 审核员意见: 符合, 有效 企业代表签字: 张燕 审核日期: 2020年10月24日							



编号: 0020-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	2#阀门密封试验		被测参数要求(含公差)	此证:公差:1.5倍额定压力	
被测参数要求识别依据文件	GB/T13927-2008 《2#阀门密封试验》				
计量要求导出方法(可另附) 根据 GB/T 13927-2008 标准规定, 被测参数要求公差为 1.5 倍 额定压力。 导出计量要求: 最大允许误差 1.5 倍额定压力, 允许泄漏量 0.02MPa。					
计量校准过程	测量设备名称	型号规格	设备特性 (示值误差等)	校准证书 编号	校准日期
	耐震压力表	0~4MPa	1.6级	2020081124518233	2020.3.15
计量验证记录 已予验证, 可接受					
验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项)					
验证人员签字: 张磊 验证日期: 2020 年 3 月 20 日					
认证审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 符合 2. 计量要求导出方法是否正确? 符合 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 符合 4. 测量设备是否检定/校准? 已检 5. 测量设备验证是否正确? 符合					
审核员意见: 符合 审核					
企业代表签字: 王磊 审核日期: 2020 年 10 月 24 日					