



编号: 0020-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司					审核员	王明	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	内径千分尺	LS7722K	(50-160)mm 0.01mm	±0.025mm	0.025mm (0-25)mm 0.025mm	大泉	2020.6.11	√
	外径千分尺	LS-1308K	75-100mm 0.01mm	±5μm	0.01mm (5-100)mm 0.01mm	嘉德	2020.9.11	√
	卡尺	LS-5504K	0-1000mm 0.02mm	±0.07mm	0.07mm 0-291.8mm 25-500 600-1000mm	大泉	2020.6.11	√
	卡尺	LS-5326K	0-300mm 0.02mm	±0.04mm	0.04mm 0-291.8mm 25-500	大泉	2020.6.11	√
	压力表	FP-1419c	0-4MPa	1.6级	0-4MPa/0.4级	大泉	"	√
	压力表	FP-1611	0-6MPa	0.4级	0-6MPa/0.4级	大泉	2020.9.11	√
	智能数显表	FP1905	0-4MPa	0.4级	0-4MPa/0.4级	大泉	2020.6.11	√
实验室	压力变送器	F20901	AFA	—	0-1-6MPa/0.05级	"	2020.1.17	√
	测试仪							
	电液伺服油缸	FH0202	DHB-3000	HBW10/3000V	0.5%-1.3% (K=2)	大泉	2020.7.6	√
				HBW5/750V	0.5%-1.3% (K=2)			
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)								
测量设备符合溯源要求。								
审核日期: 2020年10月24日 上午至2020年10月24日 下午 (共1.0天)								
审核员签字: 王明								
部门代表签字: 王明								