



编号：0095-2018-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		北京印钞有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质量部	测厚仪	7041	051	0-1mm: $\pm 0.0015\text{mm}$ (1-2.5mm): $\pm 0.3\%$	量块/ (0.1-10) mm, $U=0.08\text{ }\mu\text{m}+0.8\times 10^{-6}l$, k=2	中国制浆造纸研究院有限公司 检验计量中心	2020-5-18	√
技术质量部	HAKKE RV1 粘度计	740402 99045	RV1	$\pm 3\%$	标准粘度油 $U=0.50\%$, k=2	技术质量部检测中心	2020-6-6	√
设备动力部	在线化学需氧量分析仪	D2Db18 135	HBCOD-1	$U_{rel}=3\%$, k=2	化学需氧量测定仪检定用 标准溶液 $U_{rel}=1.2\%$, k=2	北京市计量检测科学研究院	2019.11.8	√
设备动力部	可燃气体检测报警器	/	CA-217 A-B	$\pm 5\%$	气体分析仪检定装置 可燃气体 $i\text{-C}_4\text{H}_{10}$: $U_{rel}=1.2\%$, k=2; CO: $U_{rel}=1.2\%$, k=2; O ₂ : $U_{rel}=1.2\%$, k=2	北京市计量检测科学研究院	2020.8.8	√
设备动力部	压力表	RL1191 16	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置 0.25 级	北京市西城区 计量检测所	2020.9.29	√
油墨制作部	电子秤	Y035 7196CK	15kg	III级	M1 等级	北京中科溯传 检测技术有限公司	2020 年 04 月 18 日	√
油墨制作部	电子天平	122828 0780	210g	II 级	E2, F1 等级	北京中科溯传 检测技术有限公司	2020 年 04 月 18 日	√
设计制版部	钢直尺	2# (2017 -2)	1000mm	$\pm 0.1\text{mm}$	标准金属线纹尺 三等	北京中科溯传 检测技术有限公司	2020 年 05 月 20 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《测量管理体系外部服务供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由设备动力部送外校准/检定，校准/检定机构已按文件规定进行选择并评价，校准/检定证书统一由设备动力部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2020 年 11 月 24-26 日

审核员签字：

部门代表签字：