



编 号: 0148-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 天津钢管制造有限公司	不符合报告编号: 2020111301
企业下属部门: 管加工厂	陪同人员: 陈叶红
不符合事实描述: 查管加工厂水压试验机控制程序 (软件), 建立台账. 测试方法, 使用 10000psi 压力对同一根管连续打压 10 次, 记录仪显示值和上位机计量系统采集值一致。两个数据都是通过上位机读数, 确认方法有误。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.2 软件</u>	
不符合程度: 主要不符合_____; 次要不符合__√__;	
审核员(签名)_____ 陪同人员(签名)_____	
企业职能部门代表(签名)_____ 日期: 2020-11-13	
纠正措施:	
纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:	
纠正措施完成情况:	
审核组代表签名: 日期:	