

附件 3:

高度控制测量过程有效性确认报告

CRECSZ—JR—27

单位/部门: 试验检测中心

记录编号: 001

测量过程名称		水泥细度试验	测量项目	物理性能
测量过程计量要求		测量范围: 0~25g, 测量误差: 0.17%		
测量过程规范 要求	主要测量设备	电子天平、水泥负压筛析仪		
	测量程序	GB/T1345-2005		
	环境条件	温度 19℃, 湿度 62%		
	测量软件	无		
	操作者能力	持证上岗		
	其他影响量	无		
测量不确定度		0.09%		
有效性确认结果		测量不确定度满足测量过程的计量要求, 测量过程有效。		
确认记录 测量过程计量要求的导出记录, 测量过程不确定度评定报告均符合要求, 其测量过程准确有效。				
确认人: 白立东 日期: 2017.12.02				