

高度控制测量过程监控记录 CRECSZ-JR-28

单位/部门: 试验检测中心

记录编号: 012

单位/部门: 试验检测中心

测量过程名称	水泥细度试验	测量地点	水泥室						
测量设备名称	电子天平	出厂编号	57493R						
监控间隔	6 个月	监控方法	作业指导书						
测量过程的计量要求	测量范围:0~~25g, 测量误差: <0.17%								
检查记录	使用带有“核查标准”标签的 200g 标准砝码, 对电子天平 JA2003 进行检测, 共重复测量 5 次, 取平均值, 并绘制趋势图。								
日期	标准值	实测值						均值	记录人
2020.6.9	200	199.99	200.07	199.99	200.00	200.01	/	200.00	白亚勇

趋势图:

