



编号: 0097-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	中铁市政环境建设有限公司					审核员	陈	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
试验室	电液式压力试验机	200402	HYE-3000 3000kN	±1%	/	安徽计量院	2020.9.27	✓
	电子天平	20062917	FA2004 0~200g	0.0001g	/	"	2020.9.27	✓
	混凝土回弹仪	HQL-01	C-280 0~0.25MPa	0.01MPa	/	安徽华元计量技术服务有限公司	2020.9.27	✓
	游标卡尺	10085-2	40X 1mm	0.01mm	/	"	2020.9.27	✓
	电子秤	2003581	TCS-100A 0~100kg	50g	/	安徽计量院	2020.9.27	✓
	容量瓶	1#	(20~30) ml	1ml	/	安徽华元	2020.9.27	✓

审核综合意见:


(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

对送检设备抽查了检校证书及证书上的标识, 符合要求。

审核日期: 2020 年 11 月 25 日 上午至 2020 年 11 月 25 日 下午 (共 1.0 天)

审核员签字: 陈

部门代表签字: 陈



编号: 00XX-201X-2019

测量设备溯源抽查表

1