



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	沧州润祥德防腐保温管道有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	赵亚琴

不符合事实描述:


审核时发现质检员使用的卷尺、卡尺、检漏仪没有校准/检定合格的标识, 经查校准证书已过期, 不符合要求。

上述事实不符合:

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
- ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
- ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
- ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
- ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 姜亚军 审核组长: 姜亚军 受审核方代表: 赵亚琴
日期: 2021.1.27 日期: 2021.1.27 日期: 2021.1.27



纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施附件: 校准证书、培训记录
实施有效。

审核员: 姜亚军 日期: 2021.4.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

质检员使用的卷尺、卡尺、检漏仪校准证书已过期。

纠正情况:

安排相关人员联系计量器具校准事宜。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款培训不到位, 没有认识到计量器具定期校准的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2021 年 3 月 20 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。


验证人:

日期: 4.24

受审核方代表:

日期: 4.24

员工培训考核记录表

时间： 2020.3.10	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 赵亚琴
地点：会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 3. 讲解计量器具定期校准的重要性。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 	



深圳中恒检测技术有限公司

SHENZHEN ZHONGHENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 : ZHTJ202102250256

Certificate No.



21DA002750001

第 1 页, 共 4 页

Page 1 of 4 Pages

客户名称 : 沧州润祥德防腐保温管道有限公司

Name Customer

客户地址 : 孟村县辛店工业区

Address of Customer

器具名称 : 钢卷尺

Name of Instrument

型号规格 : 30m

Type/Specification

制造单位 : 大焊五金

Manufacturer

仪器编号 : /

Serial No.

管理编号 : 103376

Manage No.

结论 : 所校项目符合技术要求

Conclusion



扫一扫查真伪

批准人 : 陈克辉

Authorizer by

核验员 : 王清淳

Checked by

校准员 : 马博

Tested by

校准日期 : 2021 年 03 月 25 日
Calibration Date Year Month Day

建议次校日期 : 2022 年 03 月 25 日
Suggested Recal Date Year Month Day

校准机构备案号 : 粤校备2017B013

地址 : 深圳市宝安区沙井街道后亭全至科技创新园科创大厦2层G

Address: G Floor 2, KeChuang Buliding, QuanZhi Technology Park, ShaJing Street, BaoAn District, Shenzhen, Guangdong, China

联系电话 (Tel.) : 0755-36693866

传真 (Fax) : 0755-36693855

网址 (http) : www.zhonghenglab.com

邮政编码 (Postcode) : 518104



深圳中恒检测技术有限公司

SHENZHEN ZHONGHENG DETECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7054

校准报告

CALIBRATION REPORT

报告编号 : ZHTJ20210225C024

Report No.

第 1 页, 共 3 页

Page of

客户名称 : 沧州润祥德防腐保温管道有限公司
Name Customer

客户地址 : 孟村县辛店工业区
Address of Customer

器具名称 : 游标卡尺
Name of Instrument

型号规格 : (0-300) mm
Type/Specification

制造单位 : 邦和量具
Manufacturer

仪器编号 : /
Serial No.

管理编号 : #####
Manage No.

结论 : 所校准项目合格
Conclusion

证书专用章

(Stamp)

批准人 :
Authorizer by

陈克辉

核验员 :
Checked by

黄谊球

校准员 :
Tested by

陈振坤

校准日期 : 2021 年 03 月 25 日
Calibration Date Year Month Day

建议次校日期 : 2022 年 03 月 25 日
Suggested Recal Date Year Month Day

地址 : 深圳市宝安区沙井街道后亭全至科技
创新园科创大厦2层G

电话 : +86-755-36693866

传真 : +86-755-36693855

Add : G Floor 2, KeChuang Buliding, QuanZhi
Technology Park, ShaJing Street, BaoAn District,
ShenZhen City, Guang Dong China

Tel : +86-755-36693866

Fax : +86-755-36693855

河北省沧州市计量测试所

Cangzhou Institute of Metrology and Testing, Hebei

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 电字第2021022506 号

Certificate No.

委托方 沧州润祥德防腐保温管道有限公司
Client
委托方地址 孟村县辛店工业区
Add. of Client
计量器具名称 火花检漏仪
Name of Instrument
型号规格 LYH-5
Model/Type
制造厂 山东济宁联永超声电子有限公司
Manufacturer
出厂编号
Serial No.
校准依据 JB/T4278.10-2011火花试验机检定方法
Referen documents for the calibration

发证单位(校准专用章)

Issued by (Stamp)

校准专用章

批准人:
Authorized

核验员:
Checked by

校准员:
Calibrated by

校准日期

Date of Calibration

2021 年 3 月

Year

25 日

Month

Day

本单位是依法设置的国家法定计量检定机构, 计量授权证书号为: (冀)法计(2008)F007号; 经中国合格评定国家认可委员会认可的实验室, 认可证书号为: CNAS L2223号。本证书所出具的数据通过国家计量检定系统可溯源至国家计量基(标)准。

本单位地址(Add): 河北省沧州市配件北路14号

业务联系兼传真(Fax): (0317) 2183875

查询电话((Inquiry Tel): (0317) 2184588

本所网址: <http://www.czjls.com>

