



编号: 0222-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		广州市保伦电子有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
制程品管部	接地电阻测试仪	1405AG15	351A	电流: $\pm 4.20A$ 电阻: $\pm 18m\Omega$ 定时: $\pm 0.5s$	精密大电流低阻箱: R: 0.2% 数字万用表: DCV: $\pm 0.0035\%$ ACV: $\pm 0.06\%$ DCI: $\pm 0.05\%$ ACI: $\pm 0.1\%$ R: $\pm 0.01\%$ f: $\pm 0.01\%$	中国赛宝实验室	2020.01.02	√
开发部	外径千分尺	01130048	(0~25)mm	$\pm 4\mu m$	量块: 3等2级 平面平晶: 1级 平行平晶(4个组): 平行度: $U=0.2\mu m$ 平面度: $U=0.010\mu m, k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2020.6.12	√
开发部	数字温度计	33020228WS	52II	$\pm 1^{\circ}C$	过程仪表校验仪: (温度部分) $U=0.2^{\circ}C, k=2$	广东精衡检测科技有限公司	2020.6.12	√
生产部(钟村街公司生产地)	数显扭矩仪	010	HP-50	$\leq 2\%$	标准杠杆: $MPE=\pm 0.10\%$ 砝码: $\pm 0.05\%$	广东精衡检测科技有限公司	2020.6.18	√
生产部(钟村街公司生产地)	数显式推拉力计	5612072376	SH-100	$\pm 1.0\%FS$	砝码: $MPE:\pm 0.03\%$ 砝码: $MPE:\pm 0.03\%$	广东精衡检测科技有限公司	2020.3.25	√
生产部(大龙街公司生产地)	低电阻测试仪	D1-713-08165	TH2511	$\pm 0.0040k\Omega$	精密十进位直流电阻箱: $\pm 0.1\%$ 标准电阻: $\pm 0.01\%$ 标准电阻: $\pm 0.01\%$	广东精衡检测科技有限公司	2019.12.21	√
品管部	数显卡尺	K19L030420	(0~200)mm	$\pm 0.03mm$	量块: 3等1级 数显外径千分尺: $MPE:\pm 2\mu m$	广东精衡检测科技有限公司	2020.6.12	√
品管部	数字多用表	096867317	VC9805+	DCV: $\pm 17V$ ACV: $\pm 18V$ DCA: $\pm 0.43A$ ACA: $\pm 0.67A$ OHM: $\pm 0.34M\Omega$	多功能标准器: DVC: $\pm 0.0012\%$ DCA: $\pm 0.01\%$ ACV: $\pm 0.012\%$ ACA: $\pm 0.06\%$ OHM: $\pm 0.0028\%$ ACP: $\pm 0.08\%$	广东精衡检测科技有限公司	2020.6.12	√
品管部	失真仪	EL841672	GAD-201G	不平衡电压表基本误差: $\pm 3\%$ 频率附加误差: $\pm 3\%$ 失真表基本误差: $\pm 5\%$	失真度检定装置: 电压: $U_{rel}=0.10\%, k=2$ 多功能标准器: DVC: $\pm 0.0012\%$ DCA: $\pm 0.01\%$ ACV: $\pm 0.012\%$ ACA: $\pm 0.06\%$ OHM: $\pm 0.0028\%$ ACP: $\pm 0.08\%$	广东精衡检测科技有限公司	2020.6.12	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》,对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由品管部送外校准/检定,校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价,校准/检定证书统一由品管部保存。 根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2020年11月16-17日 审核员签字: _____ 部门代表签字: _____								