



编号: 0074-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	德铁轨道交通技术(上海)有限公司					审核员	[Signature]	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术	平直度	CKT-020	1176mm x 70mm	I/A	三等标准钢卷尺 X: 850mm Y: 2000mm	上海计量院	2020.8.5	✓
技术	150mm 游标卡尺	ME18-41-0003	GF08	偏斜率 ≤ 1% 读数值 ≤ 3%	三等标准钢卷尺 ±0.01%, ±0.0009%	上海计量院	2019.1.28	✓
技术	150mm 游标卡尺	ME17-62-0015	GF04	偏斜率 ≤ 1% 读数值 ≤ 3%	二等标准钢卷尺 (1~1.5A) H2	上海计量院	2019.11.6	✓
技术	钢轨平直度测量仪	17-100141	RI1000	0.02mm	平板 0.01A 方块 3等	上海计量院 2018.9.3	2018.9.3	✓
技术	钢轨平直度测量仪	19-200035	KLD1000	0.01mm	平板 0.01A 方块 3等	中国计量科学研究院	2019.12.25	✓
技术	手持钢轨	ME17-62-043	HCSCAN	偏斜率 ≤ 1% 读数值 ≤ 3%	二等标准钢卷尺 ±0.01%, ±0.0009%	上海计量院	2019.5.27	✓
技术	钢轨平直度	ME19-40-017	MAX-KPS	示值误差 ± 20μm 重复性 ± 10μm	二等标准钢卷尺 ±0.01%, ±0.0009%	上海计量院	2019.6.18	✓
技术	温度计	1200500312	AS108A	露点 ± 0.10°C 浸液 ± 0.07°C	铂电阻 ± 0.01°C 露点 ± 0.1°C 浸液 ± 0.07°C	中国计量科学研究院	2020.9.16	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

上述抽查符合标准级文件要求。

审核日期: 2020年12月23日~ 12月23日
审核员签字: [Signature] 部门代表签字: [Signature]