



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	河北从瑞环保科技有限公司		
受审核部门	检测室	陪同人员	白淑玲
不符合事实描述: 抽查检测部分人员对洗眼器的操作使用不清楚。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款相关要求 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 idt GB/T 28001-2011 标准 7.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李昭乾 审核组长: 李昭乾 受审核方代表: 任平 日 期: 2020.11.21 日 期: 2020.11.21 日 期: 2020.11.21 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经介绍, 纠正措施有效。 审核员: 李昭乾 日期: 2020.11.22			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

检测部分人员对洗眼器的操作使用不清楚。

纠正情况:

对检测人员进行安全培训和实际操作

原因分析:

应急处理培训不到位

纠正措施:

对不会操作人员进行培训和实际操作。

预定完成日期: 2020.11.22

举一反三检查情况:

1. 将每个屋里面所有的洗眼器进行检查, 确保能正常使用;
2. 对检测全员进行实操演练, 确保每位都会使用。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经确认, 纠正措施有效。

验证人: 白海岭

日期: 2020.11.22

受审核方代表:

日期: 2020.11.22



人员培训申请表

第 1 页 共 1 页

申请单位	中心实验室	申请日期	2020.11.22
申请原因：对中心实验室人员进行安全培训，遇到突发情况，可以应急处理。			
培训内容：实验室洗眼器、灭火器的类型及操作步骤。			
培训时间安排：2020.11.22			
培训人员范围：中心实验室全员			
考核方式：实际操作			
申请部门签字：杨至惠		批准人签字：何果斌	
日期：2020.11.22		日期：2020.11.22	



培训考核方式	☐ 现场提问 ☒ 实际操作 ☐ 试卷考核 ☐ 其它
现场提问 问题描述	-
实际操作 内容描述	对洗眼器进行实际操作.
试卷考核	-
其 它	-
培训效果评价: 达到培训的目的, 检测人员在遇到突发情况时, 能够正确使用洗眼器, 培训效果满意. 评价人: 杨全惠 日期: 2020.11.22	

注: 如考核方式为试卷考核, 将培训试卷及答案附后。



2、抽查检测部分人员对洗眼器的操作使用不清楚。



批注[Administrator3]: 第一步将洗眼器拿出来



批注[Administrator4]: 第二步将洗眼器盖打开






批注[Administrator5]: 第三步按压把手出水后冲洗受伤的眼睛



批注[Administrator6]: 人员实操图片







不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

嗅判室一台干粉灭火器压力不足.

纠正情况:

请专业人员对嗅判室灭火器进行维修,并对检测人员进行安全培训.

原因分析:

检查不及时,未发现.

纠正措施:

请专业人员对嗅判室灭火器进行维修,并对检测人员进行安全培训.同时记录

加强日常当中对灭火器的检查,确保完好备用.

不能只做
的记录

预定完成日期: 2020.11.22

举一反三检查情况:

1. 将每个房间的灭火器都检查一遍,确保完好备用;
2. 加强对灭火器的定期检查.

受审核方纠正措施有效性的验证:

记录. 采取措施有效.

验证人:

白海玲

日期:

2020. 11. 22

受审核方代表:

白海玲

日期:


2020. 11. 22



1. 嗅辨室一台干粉灭火器压力不足。



批注[Administrator1]: 整改前



批注[Administrator2]: 整改后



由 扫描全能王 扫描创建