



编号: 00168-2016-202000

测量设备溯源抽查表

城规分公司、杭州地铁9号线5标

企业名称	中铁上海工程局集团有限公司					审核员		
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
✓	金钢尺	1350150 LA-12-19	TS02-2	(0-300)°C 1.5"	计量院检定 标准	北京航天计量测试技术有限公司	2020.4.30	✓
✓	光学水准仪	1708 492408	DS22	(0-100)mm 11.5mm-100mm	水平路标	"	2020.6.1	✓
✓	GPS	5746R00128	R8S	1mm	✓	以国司卡测绘	2020.3.27	✓
✓	气体检测仪	1031152	14P3 20	—		北京航天计量测试技术有限公司	2020.3.26	✓
杭州地铁	全站仪	设-20-1	AltaSurvey	—	✓	北京航天计量测试技术有限公司	2020.10.30	✓
✓	经纬仪	1673016 74	TS11	(0-360)° 0.60"	✓	江苏院测绘室	2020.2.26	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

抽查了测量设备台账、检定证书, 公司测量设备均外送具有相应资质的机构的授权机构进行了溯源, 符合要求。

审核日期: 2020年12月01日 上午至2020年12月01日 下午 (共1.0天)

审核员签字:

部门代表签字:



编号: 0069-2016-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	中铁上海工程局集团有限公司					审核员	张玉华	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
中心实验室	电子天平	303105	JA2003	(0~200)g ±0.001g	E2级 F1级	安徽华方计量科技有限公司	2019.12.07	A ✓
" "	数显卡尺	314116-1	111N-103B	(0~300)±0.01mm	4级	" "	2019.12.03	A ✓
" "	万能表	752N	301106	(0~1200)mm B级	U=0.4mm V=0.3% (K2)	" "	2019.12.07	B ✓
" "	电子秤	BH-30	102101	(0~30)kg ±1g	E、F1 等级	" "	2020.01.03	B ✓
" "	表面粗糙度	B27B-4212	101125	(30~60)H±1% 280mm±0.02	He: ±1% H: ±0.04mm	安徽华方计量科技有限公司	2019.12.07	B ✓
" "	湿度仪	/	314107-4	(0~100)%RH±0.5% (0~100)%RH+1RH	U=0.3% (K2) U=1.2%RH	" "	2019.12.05	B ✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

文件以电子版形式提供, 文件编号及审核有效, 溯源证书报告有效, 上述设备均由安徽华方计量科技有限公司进行检测, 由于企业自检, 该公司还未将证书送达, 但现场均贴有该公司的校准证, 于2020.11.27日校。

审核日期: 2020年12月07日 上午至2020年12月07日 下午 (共1.0天)

审核员签字:

张玉华

部门代表签字:

肖科军