



编号: 00XX-201X-2019

测量设备溯源抽查表

企业名称	中钞油墨有限公司					审核员	张红	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
	石破送口	FY-0639	YZ-230	±0.1	±0.05	上海市计量测试所	2020.4.16	✓
	石破送口	FY-0641	YZ-233	±0.1	±0.05	"	2020.4.16	✓
	热油组	TI-277	YZ-232	1℃	0.2℃	上海市计量测试所	2020.4.17	✓
	H							

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

张红

审核日期: 2020 年 12 月 10 日 上午至 2020 年 12 月 11 日 下午 (共 2.0 天)

审核员签字: 张红 部门代表签字:



编号: 00XX-201X-2019

测量设备溯源抽查表

企业名称	中钞油墨有限公司					审核员	张华	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
安保部	量级计	NA-003	TM-101	± 1.5 0.2dB	0.2dB	品山三维检测	2020.6.15	✓
"	压力表	FY0677	Y-100BF	1.6级	0.05级	上海质学院	2020.8.11	✓
"	压力表	FY-0682	Y100BF	1.6级	0.05级	上海质学院	2020.8.11	✓
"	压力表	FY0674	Y100BF	1.6级	0.05级	上海质学院	2020.8.11	✓
"	压力表	FY0673	Y100BF	1.6级	0.05级	上海质学院	2020.8.11	✓

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

符合标准要求。

审核日期: 2020年12月10日上午至2020年12月11日下午(共2.0天)

审核员签字:

张华

部门代表签字:

张华