



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	青岛鑫润浩环保设备有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	臧增运

不符合事实描述:

抽在用检具的检定或校准证书, 不能提供在用压力表的有效检定或校准证据, 不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李延军 审核组长: 李延军 受审核方代表: 臧增运
 日期: 2020.12.1 日期: 2020.12.1 日期: 12.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及附件, 校准证书, 培训记录
实施有效.

审核员: 李延军 日期: 2020.12.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供在用检具压力表的有效检定或校准的证据。

纠正情况:

已联系校准机构来公司校准,但是结果还未出具。

原因分析:

对计量器具管理知识欠缺,没有意识到定期校准的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款的要求和监视和测量设备控制程序的要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

臧增运

日期:

12.10

受审核方代表:

臧增运

日期:

11.10



编号 QEOR-7.2/7.3-02

培训名称	外审不符合的培训	培训教师	臧增运
培训时间	2020-12-2	总学时	4 小时
组织部门	综合部	培训地点	办公室
参加人员	综合部和质检部全体人员		
培训内容摘要： 1. 体系标准及体系文件的再学习； 2. 外审不符合 ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 8.1 条款培训、ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款重点进行讲解；			
培训有效性评价	☐ 很好 ☒ 好 ☐ 一般 ☐ 不好		
考核情况： 提问回答正确			
培训有效性综合评定意见： 基本实现了本次的培训目的。 评价人：臧增运 2020-12-2			



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK2012030798

委托方:

Client:

青岛鑫润浩环保设备有限公司

委托方地址:

Address:

山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处别家村社区

仪器名称:

Description:

压力表

型号/规格:

Model/Type:

0-1.6Mpa

制造商:

Manufacturer:

青岛

出厂编号:

Serial No.:

管理编号:

Asset No.:

校准日期:

Calibration Date.:

2020 年 12 月 03 日
Y M D

校准:

Calibrated by:

林贞杰

核 验:

Inspected by:

曾小芳

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

Approved by:

江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网站(Web): <http://www.etsjt.com>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



1 公众号



扫描全能王 创建