



编号: 0037-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		广东珠江电线电缆有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质检部/检测中心	电桥夹具	62112	YN62112-B	U=0.1mm k=2	3 等金属线纹尺	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2020.3.9	√
技术质检部/检测中心	直流电阻电桥	1410003	QJ57	±0.2%	电阻箱 Urel=0.09%, k=2	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2020.3.9	√
技术质检部/检测中心	投影仪	J03000522	JT-3020	U=1.4μm k=2	2 等玻璃线纹尺	方溯认证检测研究院(深圳)有限公司	2020.3.9	√
生产部	计米器	ARB-01	/	Ur=0.20%, k=2	智能测长仪±0.15%	佛山市质量计量监督检测中心	2020.3.17	√
生产部	电线电缆火花试验机	11034	JFe-T16	Urel=2.1% k=2	交直流数显高压分压器 DC: 0.5 级 AC: 1 级 电线电缆火花试验机检测仪 MPE: 10%	佛山市质量计量监督检测中心	2020.3.10	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由技术质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 12 月 3 日

审核员签字:

部门代表签字: