



编号: 0036-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		亚洲电器电缆科技有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术质检部	直流电阻电桥	162029	QJ57	Ur=0.03% ， k=2	低值电阻表校验仪 ±0.01%	广讯检测 (广东)有限公司	2020.3.9	√
技术质检部	标准水银温度计	(0-50) °C, 0.1°C	2-13	±0.15°C	标准铂电阻温度计二等	广东省计量科学研究院	2019.2.27	√
技术质检部	投影仪	301393	YN31118	U=2μm, k=2	标准玻璃线纹尺二等 刀口直角尺,角值误差-2.4"	方溯认证检测研究院 (深圳)有限公司	2020.3.9	√
生产部	电线电缆火花试验机	170807	JFe-T16	Ur=2.1%, k=2	交直流数显高压分压器 DC:0.5 级, AC: 1 级 电线电缆火花试验机检测仪±10%	佛山市质量计量监督检测中心	2020.3.10	√
技术质检部	直流电阻测量仪	011528	PC36C	±0.2%rdg+ 3d	直流电阻箱 0.01 级	广讯检测 (广东)有限公司	2020.3.9	√
审核综合意见: 公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由技术质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2020 年 12 月 3 日 审核员签字: _____ 部门代表签字: _____								