



测量设备溯源抽查表

企业名称	郑州永邦测控技术有限公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	数字万用表	1469020	8808A	$U_{rel}=0.003\%$, $k=2$	数字多用表校准装置: DCV: $U=(4-20)\times 10^{-6}$ ACV: $U=(3-200)\times 10^{-5}$; DCI: $U=(2.5-5)\times 10^{-5}$; ACI: $U=(4.5-600)\times 10^{-5}$ DCR: $U=(2.5-120)\times 10^{-6}$; $k=2$	河南省计量科学研究院	2020.09.25	√
质量部	绝缘电阻表	15060324	ZC11D-10	20 级	绝缘电阻测量仪检定装置: 0.2 等	河南省计量科学研究院	2020.09.20	√
质量部	压力表	HA65540970580	(0-6) MPa	2.5 级	活塞式压力计标准装置: 0.05 级	河南省计量科学研究院	2020.09.28	√
质量部	LCR 数字电桥	Q6-610-03423	TH2816B	电阻: $U_{rel}=2.8\times 10^{-4}$ 电感: $U_{rel}=2.4\times 10^{-4}$ 电容: $U_{rel}=2\times 10^{-4}$ ($k=2$)	LCR 数字电桥:0.02 级	河南省计量科学研究院	2020.09.28	√
质量部	温湿度表	/	WS-A1	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ $U=1.5\%\text{RH}$ ($k=2$)	温湿度计(表)检定装置: $U=1.2\%\text{RH},k=2$ $U=0.2^{\circ}\text{C},k=2$	河南省计量科学研究院	2020.7.23	√
质量部	数字存储示波器	C010397	TBS1152	$U=0.3\%$, $k=2$	示波器检定装置: $T: \pm 2.5\times 10^{-7}$; $V: \pm 0.1\%$ tr: $\pm 8\text{ps}$; $f: \pm 5\%$	河南省计量科学研究院	2020.10.12	√



质量部	函数信号发生器	090964256	VC200 1	频率: $U=5\times10^{-8}$ $k=2$ 电平: $U_{95}=0.02\%$, $k_P=1.65$	低频信号发生器检定 装置: MPE:V:±0.1% f: $\pm1\times10^{-7}$	河南省计 量科学研 究院	2020.11.26	√
审核综合意见: 抽查《测量设备台账》中 7 件计量器具的检定/校准证书, 其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。								
审核日期: 2020 年 12 月 04 日下午至 2020 年 12 月 05 日上午								
审核员签字: 刘夏荣 部门代表签字: 孙书田								