



编 号: 0228-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 郑州永邦测控技术有限公司

不符合报告编号: 01

企业下属部门: 质量部

陪同人员: 石伟超

不符合事实描述:

查质量部使用的出厂编号为: Q6-610-03423 的 LCR 数字电桥, 其校准证书编号为: 电学字 20200921-0146, 校准日期为 2020 年 09 月 28 日, 未粘贴计量确认状态标识。

不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识

不符合程度: 主要不符合 ; 次要不符合 ✓

审核员 (签名) 刘复荣 陪同人员 (签名) 石伟超

企业部门代表 (签名): 石伟超

日期: 2020 年 12 月 5 日

纠正措施:

1. 立刻对 LCR 数字电桥粘贴计量确认标识,
2. 查看其它设备有无类似情况, 一并解决.

企业部门代表签名: 石伟超

审核员签名: 刘复荣

纠正措施完成情况:

经审核的纠正措施可行.

审核组代表签名: 李红强

日期: 2020.12.5

可另附页