



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	武汉鑫尖峰建筑材料有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	黄 康
不符合事实描述：未能提供出检测设备压力机、天枰、干燥箱、钢卷尺的检定/校准证据。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a) 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：周涛 审核组长：李敏 受审核方代表：郭俊 日 期：2020 年 12 月 10 日 日 期：2020 年 12 月 10 日 日 期：2020 年 12 月 10 日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 查受审核方提供了计量设备检定完成情况，提供了检查考核的相关证据，对不符合进行了原因分析，并制定了和实施纠正措施，不符合整改基本有效。 审核员：李敏 日期：2020 年 12 月 15 日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业计量器具管理人员因岗位调动工作交接脱节, 未及时发现上述设备的检定工作。

纠正情况:

企业立即安排人员将上述计量设备送检。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a 条款和《监视和测量设备控制程序》(XJF-CX-13) 文件的要求不够重视、管理脱节。未及时发现计量设备的检定工作。

纠正措施:

安排人员负责上述计量设备检定工作, 待检定证书出个后, 妥善归档处理

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对企业管理人员和计量岗位人员进行培训, 加强对计量设备的管控和检定工作, 及时送检、收集检定报告等资料。举一反三, 做好各类计量设备的定期检定工作。

受审核方纠正措施有效性的验证:

企业已安排上述设备的检定工作, 并及时取回检定证书

验证人:

日期: 2020 年 12 月 15 日

受审核方代表:

日期: 2020 年 12 月 15 日



襄阳市计量检定测试所

检 定 证 书

证书编号: 20CL00041 号

受 检 单 位: 武汉鑫尖峰建筑材料有限公司
计量器具名称: 综合性能材料试验机
型 号 / 规 格: FAU-100E
出 厂 编 号: 171205-1
制 造 单 位: 济南纳斯诺工业测试系统有限公司
检 定 依 据: JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》
检 定 结 论: 1 级

(检定专用章)

批准人 刘辉

核验员 王园亭

检定员 刘辉

检 定 日 期 2020 年 12 月 11 日

有 效 期 至 2021 年 12 月 10 日

计量检定机构授权证书号: (鄂) 法计 (2017) F001

电话: 0710-3224912

地址: 襄阳市高新区台子湾路 69 号

邮编: 441002

网址: <http://www.xysjls.com>

EMAIL: xysjls@qq.com





襄阳市计量检定测试所

证书编号: 20CL00041

- 1、 本单位是国家法定计量检定机构
授权单位: 湖北省质量技术监督局 授权证书号: (鄂) 法计 (2017) F001 号
- 2、 本次检定使用的计量标准装置

名 称	测量范围	不确定度/最大允许误差/准确度等级	证 书 编 号	证书有效期
试验机检定装置	0.4N~5MN	0.3 级	[2005]鄂量标鄂法证字第 1330 号	2022.02.06

- 3、 本次检定使用的主要标准器:

名 称	型号	不确定度/最大允许误差/准确度等级	证 书 编 号	证书有效期
应变式标准测力仪	LC-2/100kN	0.3 级	2018LX01860079	2021.01.15

- 4、 测量溯源性说明: 本检定使用的计量器具均可溯源到国家基准
- 5、 本次检定的技术依据: JJG475-2008 《电子式万能试验机检定规程》
- 6、 检定时环境条件:

环境温度: 17℃ 相对湿度: 55%RH 地 点: 委托方实验室
记录编号: 19CL00031 器具自编号: --- 器具使用位置: ---
备 注: ---

检 定 结 果

力值示值误差						
最大试验力	检定点		相对误差%		重复性误差%	
100kN	10		-0.83		0.10	
	20		-0.82		0.05	
	30		-0.86		0.07	
	40		-0.88		0.08	
	50		-0.92		0.06	
	60		-0.92		0.05	
	80		-0.92		0.05	
	100		-0.86		0.05	
横梁移动速度示值相对误差						
检定点	1	mm/min	平均速度	0.9991674	相对误差 /%	0.08
	5	mm/min	度	4.995005		0.10
	10	mm/min	mm/min	9.99001		0.10
横梁位移示值相对误差						
检定点	平均值			相对误差/%		
10	10.015			-0.15		
30	30.019			-0.06		

以下空白



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号: 质字第12035749号

Certificate No.

证 书 单 位 Applicant	武汉鑫尖峰建筑材料有限公司
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	电子天平
型 号 / 规 格 Type/Specification	AE2004
出 厂 编 号 Serial No.	451059
制 造 单 位 Manufacturer	湘仪天平仪器设备有限公司
检 定 依 据 Verification Regulation	JJG1036-2008 《电子天平检定规程》
检 定 结 论 Conclusion	Ⅰ级合格

(检定专用章)
Stamp

批 准 人: 朱云华

Approved by

核 验 员: 何方宜

Checked by

检 定 员: 魏梦婷

Verified by

检定日期	2020	年	12	月	14	日
Date of Verification		Year		Month		Day
有效期至	2021	年	12	月	13	日
Valid until		Year		Month		Day

计量检定机构授权证书号: (鄂) 法计 (2017) A001号
地址: 湖北省武汉市江堤中路28号
传真: (027) 84843950

电话: (027) 84846917, 84825873
邮编: 430050
网址: www.whjl.org.cn



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 质字第12035749号

Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号

This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001号

- 本次检定所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名 称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid Date To
E2等级砝码	[2018LX01310489]	2020-08-02
E2等级砝码	[2018LX01310488]	2020-08-02

- 检定环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 22.4℃

Temperature

湿度: 58%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 检测室

Place

7008499

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。

This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所
WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 质字第12035749号
Certificate No.

检定结果/说明:
Results of verification and additional explanation

检 定 结 果

$d=0.1\text{mg}$		$e=1\text{mg}$	$Max=200\text{g}$
检定项目		检定结果	最大允许误差
天平示值误差	$0\leq m\leq 50\text{g}$	合格	$\pm 0.5 e$
	$50\text{g}< m\leq 200\text{g}$	合格	$\pm 1.0 e$
	$--< m\leq --$	--	$\pm 1.5 e$
天平偏载误差		合格	$\pm 1.0 e$
天平重复性		合格	$1.0 e$

以下空白





武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 热字第22011935号

Certificate No.

证书单位: 武汉鑫尖峰建筑材料有限公司
Applicant

计量器具名称: 鼓风干燥箱
Name of Instrument

型号/规格: HN101-0A
Type/Specification

出厂编号: 8091
Serial No.

制造单位: 南通沪南科学仪器有限公司
Manufacturer

校准依据: 参照 JJF1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》
Calibration Regulation



批准人:

Approved by

核验员:

Checked by

校准员:

Calibrated by

校准日期: 2020 年 12 月 14 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市江堤中路28号
Address
传真: (027) 84843950
Fax

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 热字第22011935号

Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号

This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器

Standards of measurement used in the Calibration

名称

Name

多点温湿度测试仪

证书编号


Certificate No.

20396039

有效期至

Valid Date To

2020-02-06



- 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 24℃

Temperature

湿度: 65%RH

Humidity

其他: /

Others

地点: 实验室

Place



7008499

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。

This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION


证书编号: 热字第22011935号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

1 测试点分布示意图



2 校准结果的表达式

校准温度 : 105.0℃

温度偏差 : 0.3℃

温度波动度(30min): ±0.1℃

3 校准结果不确定度

温度偏差校准结果的测量不确定度: $U = 0.3^{\circ}\text{C}$ $k = 2$

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为 12 个月。

Due date of next calibration is 12 months.

以下空白



襄阳市计量检定测试所

检 定 证 书

证书编号: 20CD04661 号

受 检 单 位: 湖北丰雷环保科技有限公司

计量器具名称: 钢卷尺

型 号 / 规 格: 5m

出 厂 编 号: -----

制 造 单 位: -波斯工具-

检 定 依 据: JJG4-2015 《钢卷尺检定规程》

检 定 结 论: 符合 II 级

(检定专用章)

批准人 胡和坤

核验员 胡和坤

检定员 李梅宇

检 定 日 期 2020 年 12 月 11 日

有 效 期 至 2021 年 12 月 10 日

计量检定机构授权证书号: (鄂) 法计 (2017) F001

电话: 0710-3224912

地址: 襄阳市高新区台子湾路 69 号

邮编: 441002

网址: <http://www.xysjls.com>

EMAIL: xyjls@qq.com





襄阳市计量检定测试所

证书编号: 20AA02141009

1、本单位是国家法定计量检定机构

授权单位: 湖北省质量技术监督局

授权证书号: (鄂) 法计 (2017) F001 号

2、本次检定使用的计量标准装置

名 称	测量范围	不确定度/最大允许误差/准确度等级	证 书 编 号	证书有效期
标准钢卷尺检定装置	(0~5) m	$U = (5+5L) \mu m$ ($k=2$)	[2009]鄂量标鄂法 证字第 707 号	2021.11.18

3、本次检定使用的主要标准器:

名 称	型号	不确定度/最大允许误差/准确度等级	证 书 编 号	证书有效期
标准钢卷尺	5m	I 级	CDjx2018-3945	2021. 10. 30

4、测量溯源性说明: 本检定使用的计量器具均可溯源到国家基准

5、本次检定的技术依据: JJG4-2015《钢卷尺检定规程》

6、检定时环境条件:

环境温度: 21℃

相对湿度: 55%RH

地

点: 本所 3 号楼 101 实验室

记录编号: 19CD04336

器具自编号: 02

器具使用位置: ---

备 注: ---

检 定 结 果

序号	检 定 项 目	检 定 结 果
1	外观及各部分相互作用	合 格
2	线纹宽度	/
3	零值误差	/
4	示值误差	+0.1mm

备 注: /

以下空白