



测量设备溯源抽查表

编号: 0248-2020

企业名称	哈尔滨索菲电气技术有限公司					审核员	李修权	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生技部	耐压实验仪	1808005	NCJ2672D	5级	耐电压试验仪检定仪 MPE: ±0.5%	南京市计量监督 检测院	2020年 05月06日	√
生技部	游标卡尺	180443942	(0~150)mm	±0.02mm	量块: 5等	南京市计量监督 检测院	2020年 05月06日	√
生技部	接地电阻测试仪	1804004	NCJ2678 (25A 600MΩ)	5级	接地导通电阻测试仪 检定装置 MPE: 电阻: ±0.1%; 电流: ±0.1%	南京市计量监督 检测院	2020年 05月06日	√
生技部	刻度直角尺	005210146	150*250mm	$U_{rel}=0.1mm (k=2)$	三等标准金属线纹尺 三等	哈尔滨永创计量 检测有限公司	2020年 12月02日	√
生技部	钢板尺	SATA-91404	(0~1000)mm	$U_{rel}=0.06mm (k=2)$	三等标准金属线纹 尺 三等	哈尔滨永创计量 检测有限公司	2020年 12月02日	√
生技部	绝缘电阻表	20101422	ZC-7 (500V 500MΩ)	5级	精密十进位直流电阻 箱 MPE: ±0.5%	哈尔滨永创计量 检测有限公司	2020年 12月02日	√
生技部	里氏硬度计	YA200016	YD30000A	$U_{rel}=12HL (k=2)$	标准里氏硬度块 $U_{rel}=6HL (k=2)$	哈尔滨永创计量 检测有限公司	2020年 12月02日	√
生技部	红外线测温仪	4498473	DT-882H (500 ℃)	±0.3℃	黑体辐射源 MPE: 控温稳定性不大 于(0.1℃与0.1%t的 大者)/10min均匀性 不大于(0.15℃与 0.15%t的大者)	哈尔滨永创计量 检测有限公司	2020年 12月02日	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

抽查企业13台测量设备均送检至有相应资质的哈尔滨永创计量检测有限公司, 南京市计量监督检测院等机构检定、校准, 量值溯源符合文件要求。

审核日期: 2020年12月08日-2020年12月09日

审核员签字:

部门代表签字: