



编号: 0227-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	东营钧辰石油设备有限责任公司					审核员	刘复荣	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	泄漏电流测试仪	L75A-0916-008	LK2675A	$\pm 0.095\text{mA}$ $U_{\text{rel}}=0.8\%, k=2$	数字万用表: ACI: $U_{\text{rel}}=0.7 \times 10^{-3}$ DCI: $U_{\text{rel}}=3.3 \times 10^{-4}$ $k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2020.06.13	√
生产技术部	温度巡检仪	1703404	LH-X	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ $U=0.6^{\circ}\text{C}, k=2$	高精度智能测温计: $U=0.2^{\circ}\text{C}, k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2020.06.13	√
生产技术部	绝缘电阻测试仪	179D-0317-024	LK2679D	电阻: $\pm 95\text{M}\Omega$ $U=1.2\text{M}\Omega, k=2$ 电压: $\pm 50\text{V}$ $U=1.5\%, k=2$	数字高压表: 直流: $U_{\text{rel}}=0.6\%$, 交流: $U_{\text{rel}}=0.3\%$, $k=2$	广州力赛计量检测有限公司	2020.06.13	√
生产技术部	耐压测试仪	W72C-1116-009	LK2672C	电压: $\pm 0.25\text{kV}$ $U=1.3\%, k=2$ 报警电流: $\pm 5\text{mA}$ $U=1.3\%, k=2$	数字高压表: DCV: 0.5% ACV: 1.0%	广州力赛计量检测有限公司	2020.06.13	√
审核综合意见: 查《检测设备台账》中 4 件计量器具的 校准证书, 校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 审核日期: 2020 年 12 月 11 日下午至 2020 年 12 月 12 日上午 审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 刘阳								