



编号: 0227-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 东营钧辰石油设备有限责任公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 综合管理部	陪同人员: 刘阳
不符合事实描述: 查生产技术部现场使用的编号为 W70A-0516-194, 型号规格为 LK260AX 的耐电压测试仪, 到期未送检。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性的要求 不符合程度: 主要不符合; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>郭永波</u> 陪同人员(签名) <u>刘阳</u> 企业部门代表(签名) <u>刘阳</u> 日期: 2020 年 12 月 12 日	
纠正措施: ① 及时将该设备送检。 ② 检查其它设备有无该情况, 如有及时解决 企业部门代表签名: <u>刘阳</u> 审核员签名: <u>郭永波</u>	
纠正措施完成情况: <u>经证实的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>郭永波</u> 日期: <u>2020.12.12</u>	

可另附页