

编号: 0038-2020

不符合项报告

企业名称: 常州常工电子科技股份有限公司		不符合报告编号: 01	
企业下属部门: 生产部		陪同人员: 梁国庆	
不符合事实描述: 查单相电能表检定室在用的测量设备, 其中出厂编号 E1382, 单相电能表校验台的计量标识, 检定日期 2019 年 3 月 1 日, 已过期, 未及时更换, (查看了此测量设备的检定证书, 检定日期 2020 年 3 月 26 日, 有效期至 2021 年 3 月 25 日, 在有效期内使用)。 不符合认证审核则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款。 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> </u>; 审核员(签名) <u>吴书平</u> 陪同人员(签名) <u>梁国庆</u> 企业部门代表(签名) <u>梁国庆</u>			
纠正措施: 立即按要求更换标识, 并进行举一反三, 查询所有标识设备标识。			
企业部门代表签名: <u>徐建强</u>		审核员签名: <u>吴书平</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴书平</u> 日期: 2020.12.17			

可另附页