

编号: 0249-2020

不符合项报告

企业名称: 大庆鼎顺机械制造有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产技术部	陪同人员: 邹学礼
不符合事实描述: 测量设备台账中未列入准确度等级、计量确认日期。不满足 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款“……已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控,以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其他设备清楚地区分”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李咏斌</u> 陪同人员(签名) <u>邹学礼</u> 企业部门代表(签名) <u>邹学礼</u> 日期: 2020 年 12 月 13 日	
纠正措施: 1、将准确度等级、计量确认日期列入《测量设备台账》中; 2、组织相关人员学习标准相应条款,认真核对台账信息。 企业部门代表签名: <u>邹学礼</u> 审核员签名: <u>李咏斌</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改,符合要求,同意关闭。 审核组代表签名: <u>李咏斌</u> 日期: 2020 年 12 月 13 日	

可另附页