



编号: 0258-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	河南省新郑金芒果实业总公司					审核员	尹彩侠	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
特种嘴棒工段	真空表	HC695620 87624	(-0.1-0) MPa	1.6 级	活塞式压力计 标准装置 0.05 级	方圆检测认证有限公司	2020.10.30	√
特种嘴棒工段	压力表	514119	(0-1.6) MPa	1.6 级	活塞式压力计 标准装置 0.05 级	河南省计量科学研究院	2020.09.21	√
辅料研发中心	双金属温度计	1304610	0-100℃	U=0.4℃ k=2	二等标准铂电阻温度计	苏州朗博校准检测有限公司	2020.06.06	√
辅料研发中心	硬度测试仪	F1101	HY01-50	力值 ±0.01N, 时间 ±1.0s	标准测力仪 0.1 级	苏州朗博校准检测有限公司	2020.06.06	√
辅料研发中心	钢直尺	/	30cm	±0.10	标准金属线纹尺 3 等	苏州朗博校准检测有限公司	2020.11.30	√
辅料研发中心	数显粘度计	8711106	DV2T	Ure l=1.5% k=2	标准黏度液 Ure l=0.34% k=2	苏州朗博校准检测有限公司	2020.06.06	√
水松纸工段	声级计	313339	AWA5636	2 级	声校准器 1 级	河南省计量科学研究院	2020.07.02	√
辅料研发中心	气相色谱仪	20131015 117	GC8100	Ure l=4% k=2	气相色谱仪 检定用标准物质 Ure l=3% k=2	苏州朗博校准检测有限公司	2020.06.06	√
审核综合意见: 企业未建立最高计量标准, 所查测量设备均苏州朗博校准检测有限公司、河南省计量科学研究院、方圆检测认证有限公司送检定/校准。现场抽查 8 份检定校准证书, 符合要求。								
审核日期: 2020 年 12 月 15 日~ 12 月 16 日 下午								
审核员签字:  部门代表签字: 								

