



编号: 0105-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		大庆市海兴石油科技发展有限公司				审核员	王玉玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	内径百分表	8032870	(35-50)m m	±0.01mm	百分表检定 仪 U=2.3(k=2)	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司	2020.3.26	√
质检部	内径百分表	118812	(50-160)m m	±0.01mm	百分表检定 仪 U=2.3(k=2)	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司	2020.3.26	√
质检部	耐震压力表	1912X032 0	(0-40) MPa	Urel=0.8%(k=2)	精密压力表 0.4 级	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司	2020.3.16	√
质检部	游标卡尺	8091	(0-300)m m	U=1.4μmk=21	量块 4 等	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司	2020.3.26	√
质检部	外径千分尺	000264	(50-75)m m	±0.005mm	量块 4 等	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司	2020.3.26	√
质检部	电脑金相自动分析仪	08017	NJ-JX8	放大倍数在 20μm 时示值误差 0.08μm	显微镜测微尺 U=0.2μmK=2.8	湖南航测检测技术服务有限公司	2020.4.7	√
质检部	耐震压力表	2019L080 3	(0-60) MPa	Urel=0.8%(k=2)	精密压力表 0.4 级	苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司	2020.3.16	√
								√

审核综合意见:

该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构(苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司,)进行检定、校准,抽查 8 份测量设备证书报告,量值溯源符合文件要求。

审核员签字:

部门代表签字

审核日期: 2020 年 12 月 11 日

