



编号: 0105-2017-2020

不符合项报告

企业名称: 大庆市海兴石油科技发展有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产车间	陪同人员: 庞忠辉
<p>不符合事实描述:</p> <p style="text-indent: 2em;">在生产车间发现正在使用的编号为 1808002 型号为邵氏 A 硬度计检定校准日期为 2020 年 7 月 28 日没有纳入测量设备台账中管理不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款“用于监视和记录影响量 的测量管理体系内”的规定要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>6.3.1 条款 测量设备</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 <u>√</u>___;</p>	
<p>审核员(签名) <u>王玉磊</u> 陪同人员(签名) <u>庞忠辉</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>张双</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2020 年 12 月 11 日</p>	
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 将邵氏 A 硬度计纳入测量设备台账中管理 2. 对公司所有测量设备进行检查杜绝类似问题的发生 	
<p>企业部门代表签名: <u>张双</u> 审核员签名: <u>王玉磊</u> 2020.12.11</p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;">纠正措施已完成整改, 符合要求, 同意关闭。</p>	
<p>审核组代表签名: <u>王玉磊</u> 日期: 2020. 12. 11</p>	



可另附页