

编号: 0259-2020

不符合项报告

企业名称: 湖北恒通石化设备有限公司		不符合报告编号: 01	
企业下属部门: 质检部		陪同人员: 田秋林	
不符合事实描述: 查《测量设备台账》: 测量设备的主要参数: 设备型号、测量范围、出厂编号、安装使用位置等未列入表中; 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 中第 6.2.3 “记录” 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) 陈路平 陪同人员(签名) 田秋林 企业部门代表(签名) 李国如 日期: 2020 年 12 月 12 日			
纠正措施: 按 GB/T19022:2003 标准中规定建立台账, 予以整改。对台账中的 量记录按台账要求进行内部评审。 企业部门代表签名: 李国如 审核员签名: 陈路平			
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 可行。 审核组代表签名: 陈路平 日期: 2020.12.12			

可另附页



编号: 0259-2020

不符合项报告

企业名称: 湖北恒通石化设备有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 姜飞
不符合事实描述: 查生产现场压力表 (测量范围: 0~10 MPa; 生产厂家: 中国红旗仪表有限公司; 出厂编号: HA65610790560) 没有粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>不符合 6.2.4</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>王十雅</u> 陪同人员(签名) <u>姜飞</u> 企业部门代表(签名) <u>姜飞</u> 日期: 2020. 12. 12	
纠正措施: 对照此不符合项进行认真整改, 对其它测量器具同时也进行抽查整改 企业部门代表签名: <u>姜飞</u> 审核员签名: <u>王十雅</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 可行。 审核组代表签名: <u>王十雅</u> 日期: <u>2020. 12. 12</u>	