



编号: 0263-2020

不符合项报告

企业名称: 德州隆科石油装备有限公司	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 李小芬
不符合事实描述: 查质量部碳硫分析检测现场, 检测环境温度的“数显温湿度表”, 未粘贴计量确认标识, 经确认该数显温湿度表未受控。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>孙红敏</u> 陪同人员(签名) <u>孙春芳</u> 企业部门代表(签名) <u>孙春芳</u> 日期: 2020 年 12 月 16 日	
纠正措施: 1. 及时将“数显温湿度表”送计量检测中心进行校准/检定并将确认标识粘贴在此仪表上。 2. 对公司其它检测设备检查确认标识, 以保证测量设备处于受控状态。 企业部门代表签名: <u>孙春芳</u> 审核员签名: <u>孙红敏</u>	
纠正措施完成情况: 经判定此纠正措施有效可行。 审核组代表签名: <u>孙红敏</u> 日期: <u>2020.12.16</u>	

可另附页