9 编号：0120-2017-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称	大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司					审核员	王玉玲	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
质管部	ABC 光谱仪	/	ARC-WET8000	U=0.005%K=2	聚苯乙烯红外波长标准物质	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√
质管部	螺纹止环	/	M27-6G	U=5μm=2	卧式测长仪 U=0.3	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√
质管部	布氏硬度计	0235	HB-3000	U=1%HBW K=2	布氏硬度块	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√
质管部	内径百分表	815570	（50-160）mm	±0.01	光栅式指示表检定仪 U=0.3μm	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√
质管部	外径千分尺	17016476	（100-125）mm	±0.006	量块 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√
质管部	游标卡尺	1018	0-300mm	±0.02	量块 4 等	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√
质管部	X 射线探伤机	/	XXQ-2006	U=07%K=2	超声波探伤检定装置	深圳华科计量检测技术有限公司	2020.8.13	√

审核综合意见：

该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查 7 份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。

审核日期： 2020 年 12 月 14 日 上午至 2020 年 12 月 14 日 下午 (共 1.0 天)

审核员签字： 部门代表签字：