



编号: 0247-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		汕头东风印刷股份有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
凹印制造部	蔡恩杯	139750/16	405/4	$U_{rel}=2.4\%$, $k=2$	电子秒表 $\pm 0.5s/d$ 数字温度计 $U=0.2^{\circ}C$, $k=2$ 标准油 $U_{rel}=(0.3\sim 0.7)\%$, $k=2$ 恒温水浴 温度波动 $\pm 0.5^{\circ}C$ /30min	广东省计量科学研究院	209.12.28	√
凹印制造部	分光光度计	000855	SP64	一级	陶瓷标准色板一级	广州广电计量检测股份有限公司	2020.12.7	√
品质管理部	电子天平	B902075757	ML304T/02	I 级	二等克组、毫克组砝码 F1 等	粤东计量检测中心	2020.4.17	√
品质管理部	摩擦系数仪	JQSB0140	MKQ-02	$U_{rel}=0.4\%$, $k=2$	标准测力检具 M1 级	粤东计量检测中心	2020.2.25	√
胶印制造部	电子台秤	1310	TCS-100	III 级	M1 级公斤砝码	粤东计量检测中心	2020.4.21	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 12 月 18 日

审核员签字:

部门代表签字: