



编号: 0264-2019

测量设备溯源抽查表

企业名称						沁阳市宏达钢铁有限公司			审核员	刘文动	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×			
生产部	电子汽车衡	054496	SCS-80T	Ⅲ级	非自动衡器检定装置: M_1	沁阳市公共检验检测中心	检定: 2020-01-21	√			
质检部	维氏硬度计	20180216	HV-5	$U_{rel}=2.0$ $U_{rel}=2.2$ $k=2$	维氏硬度块 189.7HV5、744HV5 $U_{rel}=1.4\%$ $k=2$	河南中方质量检测技术有限公司	校准: 2020-04-22	√			
质检部	微机控制电子万能试验机	550621	WDW-100C	0.5级	材料试验机检定装置 (10N~20MN) $U_{rel}=0.42\%$ $k=2$ 标准测力仪: (10~100) kN、(1~10) kN、 (100~3000) N 0.1级 速度位移检定仪: 0~1m MPE: $\pm: 0.25\%$	河南省计量科学研究院	检定: 2020-04-03	√			
质检部	电子数显卡尺	H06302	(0~200) mm	$U=0.01\text{mm}$ ($k=2$)	量块 四等	河南中方质量检测技术有限公司	校准: 2020-03-28 9	√			
质检部	电热鼓风干燥仪	04527	101-2AB	$U=0.26^\circ\text{C}$ ($k=2$)	温湿度巡检仪 $U=0.10^\circ\text{C}$ $k=2$ 工业铂热电阻 $U= (0.04\sim 0.07)^\circ\text{C}$ $k=2$	河南中方质量检测技术有限公司	校准: 2020-03-27	√			
质检部	研究型金相显微镜	JX20180969	DYJ-9088 D	$U_{rel}=1.2\%$ $k=2$	玻璃线纹尺 $U=0.5\text{m}$ $k=2$	河南中方质量检测技术有限公司	校准: 2020-04-22	√			
安全部	智能型氧气报警器	2004024803	QB2000-0 2N型	1.4%	氧气标准气体 $U_{rel}=1\%$ $k=2$	洛阳市质量技术监督检验检测中心	校准: 2020-10-25	√			

审核综合意见:
该公司已建立《溯源性管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《计量器具台账》中 7 件计量器具的检定/校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《溯源性管理控制程序》的要求。

审核日期: 2020 年 12 月 19 日

审核员签字: 刘文动 部门代表签字: 王冲