

编号: 0264-2020

不符合项报告

企业名称: 沁阳市宏达钢铁有限公司	不符合报告编号: 03
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 王沛
不符合事实描述: 查生产部机械性能检验现场, 检测环境温度的“数显温湿度表”, 未粘贴计量确认标识, 经确认该数显温湿度表未受控。不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭永成</u> 陪同人员(签名) <u>王沛</u> 企业部门代表(签名) <u>王静</u> 日期: 2020 年 12 月 19 日	
纠正措施: 1. 立即对“数显温湿度表”实施送检。 2. 查看其它的检测设备若有类似问题立即一并解决。 企业部门代表签名: <u>王静</u> 审核员签名: <u>郭永成</u>	
纠正措施完成情况: <u>经判定纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>郭永成</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>19</u> 日	

可另附页