

编号: 0272-2020

不符合项报告

企业名称: 武汉虹之彩包装印刷有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量管理部	陪同人员: 何泽宇
不符合事实描述: 查质量管理部的关键测量过程含水量检测, 测量设备是卤素水分仪, 国家标准规定为烘箱检测法, 企业实际采用卤素水分仪进行检测, 技术研发部制定的《水分检测标准和制备样方法(卤素法)》中并未明确卤素水分仪设备的准确度、不确定度等相关的计量要求, 根据国标要求, 应增加与烘箱对比的检测方法。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.1 条款。</u>	
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√;	
审核员(签名) <u>吴志平</u>	陪同人员(签名) <u>何泽宇</u>
企业部门代表(签名) <u>覃</u>	日期: 2020.12.15
纠正措施: <u>修订完善《水分检测标准和制备样方法(卤素法)》, 明确卤素水分仪设备的准确度、不确定度等相关的计量要求, 同时, 增加与烘箱对比的检测方法, 完善相关记录。</u>	
企业部门代表签名: <u>覃</u>	审核员签名: <u>吴志平</u>
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u>	
审核组代表签名: <u>吴志平</u>	日期: 2020.12.15

可另附页