



测量设备溯源抽查表

企业名称	泊头市普惠仪表有限公司						审核员	刘文动
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产质量技术中心	水表检定装置	547	LS-6B(DN80-DN200)	0.2 级	标准金属量器: 二等	河北省计量监督检察院	2020.05.07	√
生产质量技术中心	水表检定装置	694	DN15-DN25	0.2 级	标准金属量器: 二等	河北省计量监督检察院	2020.05.07	√
生产质量技术中心	水表检定装置	702	LS-4B(DN15-DN50)	0.2 级	标准金属量器: 二等	河北省计量监督检察院	2020.05.07	√
生产质量技术中心	压力表	10.01.1433	(0-1) MPa	1.6 级	精密压力表: (0-2.5) MPa	泊头市质量技术监督检验所	2020.10.15	
生产质量技术中心	游标卡尺	1456560	(0-150mm)	±0.03mm	量块: 4 等	泊头市质量技术监督检验所	2020.10.15	
审核综合意见: 抽查《检测设备台账》中 5 件检测设备的检定/校准证书, 其检定/校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。								
审核日期: 2020 年 12 月 13 日—2020 年 12 月 14 日上午								
审核员签字: 刘文动						部门代表签字: 王月		