



编号: 0273-2020

不符合项报告

企业名称: 泊头市普惠仪表有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产质量技术中心	陪同人员: 宋圆圆
不符合事实描述: 查生产质量技术中心使用的出厂编号为 25846 的深度游标卡尺, 校准日期 2020 年 10 月 15 日, 有效日期 2021 年 10 月 14 日, 处于有效校准状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>刘复军</u> 陪同人员(签名) <u>宋圆圆</u> 企业部门代表(签名) <u>王月</u> 日期: 2020 年 12 月 14 日	
纠正措施: <u>及时粘贴计量确认状态标识, 并举一反三, 看有没有类似问题, 一并整改。</u> 企业部门代表签名: <u>王月</u> 审核员签名: <u>刘复军</u>	
纠正措施完成情况: <u>及时粘贴计量确认状态标识。</u> 审核组代表签名: <u>郭尔强</u> 日期: <u>2020.12.14</u>	

可另附页