



编号: 0273-2020

不符合项报告

企业名称: 泊头市普惠仪表有限公司	不符合报告编号: 03
企业下属部门: 生产质量技术中心	陪同人员: 王月
不符合事实描述: 查生产质量技术中心检验现场规格型号为 TH-101 的“温湿度计”没有粘贴计量确认状态标识, 经确认未送检。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>刘文科</u> 陪同人员(签名) <u>王月</u> 企业部门代表(签名) <u>王月</u> 日期: 2020 年 12 月 14 日	
纠正措施: ① 将该温湿度表送检, ② 举一反三, 查看有无类似问题, 并及时整改。 企业部门代表签名: <u>王月</u> 审核员签名: <u>刘文科</u>	
纠正措施完成情况: <u>经判定该纠正措施有效。</u> 审核组代表签名: <u>李新坡</u> 日期: <u>2020.12.14.</u>	

可另附页