



### 测量设备溯源抽查表

编号: 0275-2020

企业名称	北京奥特美克科技股份有限公司					审核员	宋丽莉	
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	精密压力表	HC66542771 126	(0~1.6) Map	0.4级	活塞压力计 0.05级	河北省计量监督检测研究院	2020年08月27日	√
质量部	压力表	1923	(0~4)MPa	1.6级	智能数字压力校验仪 0.05级	河北省计量监督检测研究院	2020年04月03日	√
质量部	水表检定装置	270	DN(15~25)mm	5L/10L/50L/100L示值误差0.08% 流量稳定性0.48%	二等标准金属量器 二等	河北省计量监督检测研究院	2019年10月08日	√
质量部	水表检定装置	553	DN(40~100)mm	5L/10L/50L/100L示值误差0.08% 流量稳定性0.48%	二等标准金属量器 二等	河北省计量监督检测研究院	2019年10月08日	√
质量部	邵氏橡塑硬度计	8111050338	LX-A	U=80Mn(k=2)	标准测力仪 0.3级	河北省计量监督检测研究院	2020年08月27日	√
质量部	激光测距仪	1681450284	DISTO X3	示值误差: 在50m处为±2mm	手持式激光测距仪检定装置 U=(0.14~0.41)mm (k=2)	河北省计量监督检测研究院	2020年09月04日	√
质量部	温湿度表	1302110682	JWS-A1	温度示值误差-0.3℃ 湿度误差-4.2%RH	精密露点仪标准装置 湿度:±1.0%RH 露点:±0.2℃	河北省计量监督检测研究院	2020年04月07日	√
质量部	绝缘电阻表	15021010	ZC-7	10级	绝缘电阻表检定装置	河北省计量监督检测研究院	2020年08月28日	√



质量部	电子天平	2106110403 26	JJ600	±0.15g	F <sub>1</sub> 等砝码组 标准装置 F <sub>1</sub> 等级	河北省计量监 督检测研究院	2020年04月08日	√
-----	------	------------------	-------	--------	--	------------------	-------------	---

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

该公司未建立最高计量标准, 所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行校准, 抽查9份测量设备校准证书, 校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。

审核日期: 2020年12月16日

审核员签字: 

部门代表签字: 