



编 号: 0158-2018-2020

不符合项报告

企业名称: 广州珠江啤酒股份有限公司	不符合报告编号: 2020123001
企业下属部门: 技术质量部	陪同人员: 何晓清
不符合事实描述: <p>抽查壁底厚度仪(编号 341859)校准证书 CJ202000289, 未能提供该设备的计量确认记录。</p>	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录</u>	
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>✓</u> ;	
审核员(签名) <u>何晓清</u>	陪同人员(签名) _____
企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.12.30	
纠正措施:	
纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:	
纠正措施完成情况:	
审核组代表签名:	日期: