



编号: 0026-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 宁夏维尔铸造有限责任公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 孙立新
不符合事实描述: 查化学实验室, 光谱仪使用的标准钢样未纳入公司台帐管理。	
不符合认证审核准则条款号: 6.3.1 测量设备	
不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ____;	
审核员(签名) 冷松	陪同人员(签名) 孙立新
企业部门代表(签名) 高田	日期: 2020.12.19
纠正措施: 1. 立即整改将光谱仪使用的标准钢样纳入公司计量台帐管理。 2. 举一反三排查其它标准试样统一纳入公司计量台帐管理。	
企业部门代表签名: 高田	审核员签名: 冷松
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭	
审核组代表签名: 冷松	日期: 2020.12.19

可另附页