



编号: 0215-2019-2020

测量设备溯源抽查表

企业名称		广东金联宇电缆实业有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	直流电阻测量仪	011170	PC36C	±0.05%	实验室直流电阻器 0.01 级 低值电阻表校验仪 0.01 级	佛山市质量计量监督检测中心	20200114	√
质检部	电子数显投影仪	M07W00024	JT12A-B	± (4 μm + 4 × 10 ⁻⁵ L)	机械式比较仪 U=0.3 μm (k=2) 刀口矩形直角尺 0 级 玻璃刻度尺 U=3.0 μm (k=2) 标准玻璃线纹尺 U=(0.20+1.5L) μm (k=3)	佛山市质量计量监督检测中心	20200108	√
质检部	电线直流电阻夹具	0074	DQ-630	±0.5mm	钢直尺 U=0.05mm (k=2) 标准钢卷尺 MPE: ± (0.03mm+3×10 ⁻⁵ L)	佛山市质量计量监督检测中心	20200108	√
生产部	游标卡尺	K16M183420	(0~150) mm	MPE: ±0.03 mm	岩石平板 0 级 量块 5 等 3 级 电子数显千分尺 U=0.7 μm (k=2) 刀口尺 U=0.3 μm (k=2)	佛山市质量计量监督检测中心	20200110	
生产部	线缆计米器	001	/	±0.5%	智能测长仪 U=0.06% (k=2) 数显卡尺 U=0.02mm (k=2) 钢直尺 U=0.07mm (k=2)	佛山市质量计量监督检测中心	20200108	

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2020 年 12 月 22 日

审核员签字:

部门代表签字: