



不符合项报告

企业名称: 广东金联宇电缆实业有限公司	不符合报告编号: 2020122201
企业下属部门: 质检部	陪同人员: 王乐
不符合事实描述:	
查校准机构广州力赛计量检测有限公司, 未纳入外部供方管理。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.4 外部供方</u>	
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>✓</u> _____;	
 审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____	
企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.12.22	
纠正措施:	
纠正措施实施部门代表签名:	审核员确认签名:
纠正措施完成情况:	
审核组代表签名:	日期: