



编号: 0276-2020

不符合项报告

企业名称: 滁州文特仪器科技有限公司		不符合报告编号: 01	
企业下属部门: 生产部		陪同人员: 陈子文	
不符合事实描述: 查生产现场带表卡尺(出厂编号: JEE36314): 于2020年12月11日经深圳中测计量检测技术有限公司校准, 校准证书编号 ST202012027946, 但未见计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 中 6.2.4. “标识” 不符合程度: 主要不符合 ☐ ; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名): [Signature] 陪同人员(签名): 陈子文 企业部门代表(签名): 陈子文 日期: 2020年12月23日			
纠正措施: 找到相应的测量设备, 然后进行计量确认并贴上标识, 举一反三查找企业内是否有类似问题, 及时纠正。 企业部门代表签名: 陈子文 审核员签名: [Signature]			
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 完善。 审核组代表签名: [Signature] 日期: 2020.12.23			

可另附页

